

富士电子胃肠镜设备零部件参数需求

- 1、 设备名称：电子胃肠镜
- 2、 品牌：富士
- 3、 型号：SB-605
- 4、 技术参数要求：
 1. 按钮需要有阀门通孔，使内窥镜产生吸引功能。
 2. 按钮需要匹配衔接富士的电子胃肠镜上，不能有漏气。
 3. 按钮可用于浸泡消毒，可重复使用。

5、 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|----|--------|----|----|
| 1 | SB-605 | 10 | 个 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |